

№	Наименование функции/параметра	Наличие функции или значение параметра	Автоклав BES-12L-B-LED
1	Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	Наличие	ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010
1.2	Декларация о соответствии	Наличие	РОСС RU Д-СН.НХ37.В.01980/20 от 28.07.2020
1.3	Руководство по эксплуатации	Наличие	Наличие
1.4	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	12 месяцев
1.5	Установка и ввод в эксплуатацию оборудования	Наличие	Наличие
1.6	Обучение персонала заказчика работе с оборудованием	Наличие	Наличие
2	Технические требования		
2.1	Назначение: стерилизация водяным паром под давлением и высокой температурой	Соответствие	Соответствие
2.2	Класс автоклава	Класс В	Класс В
2.3	Рабочее напряжение и частота	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
2.4	Температурный режим	0 - 40°C	0 - 40°C
2.5	Мощность	Не более 1800 ВА	1800 ВА
	Размеры камеры:		
2.6	- диаметр	Не менее 200 мм	200 мм
2.7	- глубина	Не менее 360 мм	360 мм
2.8	- емкость	Не менее 12 л	12 л
	Размеры автоклава:		
2.9	- ширина	Не более 410 мм	410 мм
2.10	- глубина	Не более 590 мм	590 мм
2.11	- высота	Не более 410 мм	410 мм
2.12	Вес	Не более 48 кг	48 кг
2.13	Емкость резервуара для дистиллированной воды	Не менее 3,5 л	3,5 л
	Режим стерилизации 134° для упакованных инструментов:		
2.14	- температура	Не менее 134° С	134° С
2.15	- давление	Не менее 2,10 атм	2,10 атм
2.16	- класс	S	S
2.17	- время вакуумирования	Не более 4 мин	4 мин
2.18	- время стерилизации	Не более 4 мин	4 мин
2.19	- время сушки	Не более 10 мин	10 мин
	Режим стерилизации 134° для неупакованных инструментов:		

2.20	- температура	Не менее 134° С	134° С
2.21	- давление	Не менее 2,10 атм	2,10 атм
2.22	- класс	В	В
2.23	- время вакуумирования	Не более 10 мин	10 мин
2.24	- время стерилизации	Не более 6 мин	6 мин
2.25	- время сушки	Не более 10 мин	10 мин
	Режим стерилизации 121° для неупакованных инструментов:		
2.26	- температура	Не менее 121° С	121° С
2.27	- давление	Не менее 1,10 атм	1,10 атм
2.28	- класс	S	S
2.29	- время вакуумирования	Не более 4 мин	4 мин
2.30	- время стерилизации	Не более 16 мин	16 мин
2.31	- время сушки	Не более 10 мин	10 мин
	Режим стерилизации 121° для упакованных инструментов:		
2.32	- температура	Не менее 121° С	121° С
2.33	- давление	Не менее 1,10 атм	1,10 атм
2.34	- класс	В	В
2.35	- время вакуумирования	Не более 10 мин	10 мин
2.36	- время стерилизации	Не более 20 мин	20 мин
2.37	- время сушки	Не более 10 мин	10 мин
	Длительный режим стерилизации 134°:		
2.38	- температура	Не менее 134° С	134° С
2.39	- давление	Не менее 2,10 атм	2,10 атм
2.40	- класс	В	В
2.41	- время вакуумирования	Не более 10 мин	10 мин
2.42	- время стерилизации	Не более 18 мин	18 мин
2.43	- время сушки	Не более 10 мин	10 мин
2.44	Тестовая программа стерилизации на температуру BD тест	Наличие	Наличие
2.45	Тестовая программа стерилизации на утечку пара Вакуум тест	Наличие	Наличие
2.46	Режим очистки парогенератора	Наличие	Наличие
2.47	Автоматический дверной замок	Наличие	Наличие
2.48	Тройной цикл вакуумирования	Наличие	Наличие
2.49	Вакуумная сушка	Наличие	Наличие
2.50	Подключение принтера	Наличие	Наличие