

№	Наименование функции/параметра	Наличие функции или значение параметра	Автоклав ВТD17L-A
1	Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	Наличие	ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009
1.2	Декларация о соответствии	Наличие	РОСС RU Д-СН.АД37.В.32090/20 от 14.07.2020
1.3	Руководство по эксплуатации	Наличие	Наличие
1.4	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	12 месяца
1.5	Установка и ввод в эксплуатацию оборудования	Наличие	Наличие
1.6	Обучение персонала заказчика работе с оборудованием	Наличие	Наличие
2	Технические требования		
2.1	Назначение: стерилизация водяным паром под давлением и высокой температурой	Соответствие	Соответствие
2.2	Класс автоклава	Класс В	Класс В
2.3	Рабочее напряжение и частота	220В±22В, 50Гц±1Гц	220В±22В, 50Гц±1Гц
2.4	Температура стерилизации	121°C /134°C	121°C /134°C
2.5	Предохранитель	250В не менее 15А	F15A 250В
2.6	Температурный режим	5°C - 40°C	5°C - 40°C
2.7	Входная мощность	Не более 1800 Вт	1800 Вт
2.8	Объем камеры	Не менее 17 л	17 л
	Размеры автоклава:		
2.9	- длина	Не более 572 мм	572 мм
2.10	- ширина	Не более 475 мм	475 мм
2.11	- высота	Не более 443 мм	443 мм
	Режим стерилизации 134° для инструментов неупакованных многоконтурных, упакованных многоконтурных, упакованных в один слой, сплошных или полых, упакованных в двойной слой, сплошных или полых:		
2.12	- время вакуумирования	Не более 3 мин	3 мин
2.13	- температура	Не менее 134 °C	134 °C
2.14	- давление	Не менее 2,1 бар	2,1 бар
2.15	- время стерилизации	Не более 5 мин	5 мин
	Режим стерилизации 121° для инструментов неупакованных многоконтурных, упакованных многоконтурных, упакованных в один слой, сплошных или полых, упакованных в двойной слой, сплошных или полых:		

2.16	- время вакуумирования	Не более 3 мин	3 мин
2.17	- температура	Не менее 121°C	121°C
2.18	- давление	Не менее 1,0 бар	1,0 бар
2.19	- время стерилизации	Не более 25 мин	25 мин
	Режим стерилизации 134° для неупакованных полых инструментов:		
2.20	- время вакуумирования	Не более 1 мин	1 мин
2.21	- температура	Не менее 134°C	134°C
2.22	- давление	Не менее 2,1 бар	2,1 бар
2.23	- время стерилизации	Не более 4 мин	4 мин
	Режим стерилизации 134° для текстиля, многослойно упакованных, полых, пористых инструментов		
2.24	- время вакуумирования	Не более 3 мин	3 мин
2.25	- температура	Не менее 134°C	134°C
2.26	- давление	Не менее 2,1 бар	2,1 бар
2.27	- время стерилизации	Не более 19 мин	19 мин
	Программируемый режим стерилизации:		
2.28	- время вакуумирования	0-4 мин	0-4 мин
2.29	- температура	105°C-134°C	105°C-134°C
2.30	- время стерилизации	4-40 мин	4-40 мин
2.31	Тестовая программа стерилизации на температуру BD тест	Наличие	Наличие
2.32	Тестовая программа стерилизации на утечку пара Вакуум тест	Наличие	Наличие
2.33	Режим очистки парогенератора	Наличие	Наличие
2.34	Автоматическое заполнение резервуара для воды	Наличие	Наличие
2.35	Автоматический слив воды	Наличие	Наличие
2.36	Режим сохранения тепла	Наличие	Наличие
2.37	Автоматический дверной замок	Наличие	Наличие
2.38	Предварительное вакуумирование	Наличие	Наличие
2.39	Вакуумная сушка	Наличие	Наличие
2.40	Подключение принтера	Наличие	Наличие